

KİMYASAL MADDE/MALZEME İÇİN TEKNİK ŞARTNAME		
Sıra No	Madde/Malzeme Adı	Teknik Özellikler
1	BOVİNE Mr-Pro ADM ELİSA KİT	<ol style="list-style-type: none"> 192 test olmalıdır. Bovine spesifik olmalıdır İdrar ve sütte çalışmalıdır yetkili firmanın ürün prospektüsünde urine ve milk yazmalıdır önerilen ürün ile birlikte teslim edilmelidir Kalibratör seti ve kontroller dahil olmalıdır. AVRUPA menşeli olmalıdır. Deneylerin sağlıklı yürütülebilmesi için kitlerin aynı marka önerilmesi tercih sebebidir. Kitler ile birlikte ürün prospektüsleri verilmelidir. Kit prospektüsleri incelenerek çalışmaya uygun olup olmadığı değerlendirilecektir Kit ile birlikte kitin değerlendirilmesi, hesaplanması ve arşivlenmesine olanak sağlayan xCheck plus yazılımı ücretsiz olarak verilmelidir. Yazılım aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kit sonuçlarını alabilmek için gerekli hesaplama programı kit ile beraber ücretsiz olarak vermeli ve programın kullanımı ile ilgili eğitimler kurum çalışanlarına yapılarak sertifikalandırma yapılmalıdır. ✓ Okuma sonrası veriler okuyucudan program tarafından otomatik olarak alınmalı ve değerlendirilmelidir. ✓ Program hazırlanmış ELISA plakasını cihaz üzerinden okutarak aldığı verileri hesaplayabilmeli ve sonuçları rapor halinde sunarak PDF, Excel, Word, Düz metin gibi dosya türlerinde aktarabilmeli ve arşivleyebilmelidir. ✓ Programın arşivlemiş olduğu bilgiler tarih, numune alış tarihi, bölge, çiftlik, veteriner hekim, testi işleyen kişi, test türü, kullanıcı gibi kriterleri ihtiva etmelidir. ✓ Program ile raporlar direkt yazıcı ile yazdırılabilir olmalıdır. ✓ Program girişinde tanımlı olan kullanıcı girişi ile testi hangi kullanıcının yaptığını raporlayabilmelidir. ✓ Program çalışma öncesinde hazırlanan şablona göre farklı numune grupları çalışıldığında ayrı olarak raporlama yapabilmelidir. ✓ Programın İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca, Polonyaca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe dil seçenekleri olmalıdır Kit ile birlikte gerekli steril filtreli racklı 2 kutu pipet ucu teslim edilmelidir. Teknik şartnamenin her maddesine uyulmalı, teklif veren firma bu şartları kabul ettiğini taahhüt eder
2	BOVİNE sTREM-1 ELİSA KİT	<ol style="list-style-type: none"> 192 test olmalıdır. Bovine spesifik olmalıdır

		<ol style="list-style-type: none"> 3. İdrar ve sütte çalışmalıdır yetkili firmanın ürün prospektüsünde urine ve milk yazmalıdır önerilen ürün ile birlikte teslim edilmelidir 4. Kalibratör seti ve kontroller dahil olmalıdır. 5. AVRUPA menşeli olmalıdır. 6. Deneylerin sağlıklı yürütülebilmesi için kitlerin aynı marka önerilmesi tercih sebebidir. 7. Kitler ile birlikte ürün prospektüsleri verilmelidir. Kit prospektüsleri incelenerek çalışmaya uygun olup olmadığı değerlendirilecektir 8. Kit ile birlikte kitin değerlendirilmesi, hesaplanması ve arşivlenmesine olanak sağlayan xCheck plus yazılımı ücretsiz olarak verilmelidir. Yazılım aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kit sonuçlarını alabilmek için gerekli hesaplama programı kit ile beraber ücretsiz olarak vermeli ve programın kullanımı ile ilgili eğitimler kurum çalışanlarına yapılarak sertifikalandırma yapılmalıdır. ✓ Okuma sonrası veriler okuyucudan program tarafından otomatik olarak alınmalı ve değerlendirilmelidir. ✓ Program hazırlanmış ELISA plakasını cihaz üzerinden okutarak aldığı verileri hesaplayabilmeli ve sonuçları rapor halinde sunarak PDF, Excel, Word, Düz metin gibi dosya türlerinde aktarabilmeli ve arşivleyebilmelidir. ✓ Programın arşivlemiş olduğu bilgiler tarih, numune alış tarihi, bölge, çiftlik, veteriner hekim, testi işleyen kişi, test türü, kullanıcı gibi kriterleri ihtiva etmelidir. ✓ Program ile raporlar direkt yazıcı ile yazdırılabilir olmalıdır. ✓ Program girişinde tanımlı olan kullanıcı girişi ile testi hangi kullanıcının yaptığını raporlayabilmelidir. ✓ Program çalışma öncesinde hazırlanan şablona göre farklı numune grupları çalışıldığında ayrı olarak raporlama yapabilmelidir. ✓ Programın İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca, Polonyaca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe dil seçenekleri olmalıdır 9 Kit ile birlikte gerekli steril filtreli racklı 2 kutu pipet ucu teslim edilmelidir. 10 Teknik şartnamenin her maddesine uyulmalı, teklif veren firma bu şartları kabul ettiğini taahhüt eder
3	Eldiven	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pudrasız ve %100 Nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır 2. EN374 ve EN 455 standartlarına uygun olmalıdır 3. AQL 1,5 olmalıdır

		<p>4. QSR(GMP) ve ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemine uygun üretilmiş olmalıdır</p> <p>5. Bio-Uyumluluk testleri yapılmış olmalıdır</p> <p>6. PPE Cat III sınıfı kişisel koruyucu donanıma sahip olmalıdır</p> <p>7. Gıda temas uygunluğuna uygun olmalıdır</p> <p>8. Ekstra güçlendirilmiş manşetleri mevcut olmalıdır</p> <p>9. 0,08 mm parmak ucu kalınlığı olmalıdır</p> <p>10. Sağ ve sol ele uygunluk olmalıdır</p> <p>11. 200 / pk olmalıdır</p> <p>12. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.</p>
4	Pipet ucu	<p>1. 1000 ul olmalıdır</p> <p>2. 96 lık racklı steril kutularda olmalıdır.</p> <p>3. Filtreli olmalıdır.</p> <p>4. Orijinal eppendorf olmalı ,teslimat esnasında lab.da kullanılan pipette kullanılacak olup ,uyumlu olmayan ürün teslim alınmayacaktır</p>
5	Vacutainer	<p>1. İğne uçları ile aynı marka ve kalite olmalıdır</p> <p>2. Kan lam işlemi sırasında tüp geri kaçmamalı ,iğne holderdan ayrılmamalıdır</p> <p>3. Şeffaf olmalı kan akışı izlenebilmelidir</p> <p>4. Denenmesi için iğne ve holder getirilmelidir</p> <p>5. 10/ pk olmalıdır</p> <p>6. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir</p>
6	Vacutainer iğne ucu	<p>1. İğnenin tüm yüzeyine yayılmış lubrikant karışım olmalıdır</p> <p>2. İğnelerin üzeri çok ince tabaka halinde silikonla kaplanmış olmalı ve iğnenin damara girişi ve damardan çıkışı eziyetsiz ve sorunsuz olmalıdır, hastaya acı vermemelidir.</p> <p>3. İğneler iki yönlü olmalıdır. Geçmeli muhafaza içinde, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>4. İğnenin tüplere girecek tarafı çok kullanımlı olması için kaliteli kauçuk kılıf ile kan sızmasına olanak vermeyecek şekilde örtülü olmalıdır. Böylelikle tüpler arası geçişte, iğne ucundan kanın sızmasına ve etrafı kontamine etmesine engel olmalıdır.</p> <p>5. Damara girecek iğne 21G ebatlarında olmalıdır.</p> <p>6. İğne ile kapağın birleştiği yerde kilitli etiket olmalıdır. Bu etikette üretici firmanın adı, lot numarası, son kullanma tarihi, steril işareti ve CE işareti bulunmalıdır.</p> <p>7. Bu ürünle birlikte iğne miktarının %10'u kadar holder ücretsiz olarak verilmelidir.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Paketinde/kutusunda 100 adet bulunmalıdır. 9. İğne uçları ile birlikte 100 adet vacuteiner ücretsiz verilmelidir 10. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
7	Hemogram kiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemogram kiti veteriner hekimlikte kullanıma uygun olmalıdır. <i>Canis</i> cinsine ait tam kan örneklerinde WBC, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CW, RDW-SD, RDW, PLT, PCT, MPV ve PDW parametrelerinin ölçümünde kullanılacaktır. 2. Teklif edilen kitler klinikte bulunan Melet Schloesing MS4e model cihaz ile aynı marka olmalıdır 3. Tüm kitler ve reaktifler, orijinal ambalajlı, fabrika çıkışlı olmalıdır. Üretim, son kullanma tarihi, lot numaralı olmalıdır. 4. Hemogram Kiti / Solüsyonunun son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır ve bu süre içerisinde kullanılamayan kitler 2 ay öncesinden firmaya haber verme şartı ile yeni son kullanma tarihine sahip olanlar ile değiştirecektir. 5. Yüklenici firma araştırma süresi (24 ay) tamamlanıncaya kadar kit/solüsyon temin edilmesi, ihtiyaç halinde değişimlerinin yapılması ve teslimatından sorumludur. 6. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
8	Jelli tüp	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 / PK jelli 8,5 ml 16x 100 mm olmalıdır 2. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır 3. Püskürtülerek kurutulmuş pıhtı aktivatörü / silika ve akrilik bazlı jel içermelidir 4. Serum örneği eldesi için kullanılmalıdır 5. Santrifügasyon ;1300-2000g de 10 dak.olmalıdır 6. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
9	Edtalı tüp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tek kullanımlık vakumlanmış steril edilmiş olmalıdır 2. K2EDTA yada K3EDTA içermelidir 3. Tam kan veya EDTA plasma eldesi için kullanılmalıdır 4. Santrifügasyon ;1300-2000g de 10 dak.olmalıdır 5. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
10	Santrifüj tüpü	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nötral olmalıdır 2. 500/ pk olmalıdır 3. Dibi düz, düz kapaklı, taksimatlı çapı 1,08 cm olmalıdır 4. Steril olmalıdır 5. Otoklavlanabilmelidir 6. 20.000 RPM de çalıştırılabilirdir 7. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
11	Enjektör	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 cc olmalıdır 2. Pembe uçlu ve 3 parçalı olmalıdır 3. 100/pk olmalıdır 4. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir

12	Enjektör	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 cc olmalıdır 2. Yeşil uçlu ve 3 parçalı olmalıdır 3. 100/pk olmalıdır 4. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
13	Enjektör	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 cc olmalıdır 2. Pembe uçlu ve 3 parçalı olmalıdır 3. 100/pk olmalıdır 4. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
14	Enjektör	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 cc olmalıdır 2. Pembe uçlu ve 3 parçalı olmalıdır 3. 100/pk olmalıdır 4. Teklif veren firma bütün şartları kabul etmiş olur , Teknik özelliklere uyulmalıdır. Uymayan ürünler kabul edilmeyecektir
15	Glu-glucose	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir. 6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. <p>13. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.</p>
16	ALT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir. 6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.

		<p>14. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.</p>
17	AST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir. 6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 7. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.
18	CREAS CREATİNE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir. 6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 11. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.
19	FE IRON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir. 6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından

		<p>onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.</p> <p>7. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.</p>
20	UREA	<p>1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır</p> <p>2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır</p> <p>3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır</p> <p>4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır.</p> <p>5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.</p> <p>6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.</p> <p>7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.</p> <p>7. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.</p>
21	CREATİNE	<p>1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır</p> <p>2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır</p> <p>3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır</p> <p>4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır.</p> <p>5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.</p> <p>6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.</p> <p>7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.</p> <p>6. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.</p>
22	ALB	<p>1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır</p> <p>2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır</p> <p>3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır</p> <p>4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır.</p> <p>5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.</p> <p>6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.</p> <p>7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.</p>

		8. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir
23	TP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir. 6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 5. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.
24	LDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 500 ml VE 1000 test olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir. 6. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 5. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.
25	Tek kullanımlık küvet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. Kit miadları en az 2 yıl olmalıdır 3. 250 /pk olmalıdır 4. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır. 5. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır. 6. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir. 8. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.
26	Numune godesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratuvarımızda olan cihaza uygun olmalıdır 2. 1000 /pk olmalıdır

		<ol style="list-style-type: none">3. Teslim eden firma mevcut sistem için kalibre ve aplikasyon yapmalıdır.4. Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 2-3 hafta içinde yapılacaktır.5. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz edemeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır / kabul edilmeyecektir.9. Ürün hassasiyetinden dolayı kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.
--	--	--