

## 2022-TS-88 No'lu Projeye Dair “Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri” Teknik Şartnamesi

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim	Teknik Özellikler
1	Analog vorteks tüp karıştırıcı	1	Adet	1) Cihaz, devamlı çalışma ve dokunma yöntemiyle çalışmayı başlatmaya özelliklerinde olmalıdır 2) Cihazın çalışma hızı ayarlanabilir olmalıdır
2	Dijital hassas terazi	1	Adet	1) Dijital hassas terazinin hassasiyeti 0,01 gr olmalıdır 2) Terazinin maksimum kapasitesi 1 kg'dan fazla olmalıdır 3) Terazinin hava akışını engelleyecek fanusu bulunmalıdır
3	Fare kafesi (sulukla birlikte)	4	Adet	1) Her bir kafesin paslanmaz çelik üst ızgarası, bu ızgara üzerinde yem konulan kısım ile suluğun takılabildiği kısmı ayıran bir ayırıcı olmalıdır. 2) Kafeslerin yaşam alanı olan alt kısımları ve şişeleri şeffaf polikarbon malzemeden üretilmiş ve 121 ° C 'ye kadar otoklavlanabilir olmalıdır. 3) Kafesler ile beraber kafes başına 2 adet polikarbon suluk verilmelidir. Suluklar en az 300 ml kapasitede, polikarbon malzemeden, 121 ° C 'ye kadar otoklavlanabilir özellikte sert sıkılmayacak ve bükülmeyecek özellikte olmalıdır. 4) Suluk ağızlıkları kapak ve emzik tek parça komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır

**Proje Yürütücüsü**

Öğr. Gör. Dr. İsa Yeşilyurt