

ELISA Kitleri Teknik Şartnamesi

1. Teklif edilen kitler insan numunelerinde IL-6, IL-10, Meteorin-like protein (METRNL), Ischemia Modified Albumin(IMA) tespit edebilmelidir.
2. Kitler 96T'lik 2 kutu olmalıdır.
3. Kit çalışması için gerekli tüm sarf malzemeler (**2 paket 100ul pipet ucu, 1 paket 1.5 ml eppendorf tüp**) reaktifler, standartlar, tamponlar ve numune-standart dilüentleri gibi malzemeleri içermelidir. Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.
4. Kit çalışma prosedürünü gösteren ayrıntılı kullanıcı kitapçığı bulunmalıdır. Örnek hazırlanması, saklanması, önerilen örnek dilüsyonları ile bilgiler yer almalıdır.
5. Talep edilmesi durumunda teklif edilecek kit için uygun **ELİSA READER ve ELİSA WASHER CİHAZLARI KURULMALIDIR.**
6. Her bir kit için 1 kutu ücretsiz standardizasyon kiti demo için laboratuvara teslim etmelidir.
7. Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye' de yetkili temsilcisi olmalıdır. Gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
8. Kitin ülkemizde daha önce satıldığı kurum/kişilere ait referans listesi teklif ile verilmelidir.
9. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmaların teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, bu belgede teklif edilen marka ve ürün kodu açık olarak belirtilmelidir.
10. Çalışmanın optimizasyonu ve doğruluğu için kitlerin hepsinin aynı markaya ait olması tercih sebebi olacaktır. Farklı marka kitler kabul edilmeyecektir.
11. Prospektüsünde belirtilen saklama ve transport koşullarında teslim edilmeyen kitler kabul edilmeyecektir (soğuk zincir, 2-8°C ya da -20 °C).
12. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 11 ay olmalıdır.
13. İhaleyi alan firma teslimatı 2 hafta içerisinde gerçekleştireceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süresi 2 haftadan uzun olan teklifler değerlendirilmeyecektir.