

TEKNİK ŞARTNAMELER

1) Çelik Tüp 50Lt

-50 Lt çelik tüp yüksek saflıkta argon gazı ile dolu olacak şekilde alınacaktır.

-Çelik tüp 50 Lt'lik olmalıdır. Tüplerin rengi TSE standardına uygun olmalıdır. Tüp TSE'li olmalıdır. Tüp çelik çekme ile üretilmiş olmalıdır. Çelik tüplerin üretim tarihi 2020 yılından önce olmamalıdır.

-Tüp %99.999 saflığında Argon gazı (yüksek saflıkta argon gazı) ile dolu olmalıdır. Tüp doluyken basınç yüksek saflıkta argon gazı için 230 bar ve 12,06 m³ yüksek saflıkta argon gazı ile dolu olmalıdır. Gazın analiz sertifikası verilmelidir. Güvenlik bilgi formu olmalıdır. Tüplerin dolum tarihi belirtilmelidir.

-Firma tüplerin taşınmasından sorumlu olup ilgili birimin belirteceği yere teslim edilecek olup teslimden doğan nakliye ve kargo gibi taşıma masrafları firmaya ait olacaktır.



Dr. Öğr. Üyesi Arif BALCI