

Spirometre

1. Cihaz ile solunum fonksiyon testleri yapılabilmesi ve en az şu parametreler değerlendirilebilmelidir: tidal volüm (TV), inspiratuvar kapasite (IC), ekspiratuvar rezerv volüm (ERV), vital kapasite (VC), zorlu vital kapasite (FVC), 1. saniye zorlu ekspiratuvar hacim (FEV1), FEV1/FVC, zorlu ekspiratuvar orta akım (FEF25-75), zirve ekspiratuvar akım (PEF).
2. Şarj edilebilir dahili bataryası ile mobil kullanım imkanı olmalıdır.
3. Akım-volüm eğrileri cihaz ekranında görülebilmelidir.
4. Bilgisayara bağlanabilmelidir.
5. Cihazla birlikte ücretsiz olarak türbin, filtre, ağızlık (100 adet), bilgisayar bağlantı kablosu ve gerekli yazılım temin edilmelidir.